

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2022/SES

PREGÃO: Nº 045/2022/SES

(SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/07471

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no site eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: "Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de bens permanentes, EQUIPAMENTO ARCO CIRÚRGICO, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades dos hospitais sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso".

EMPRESA: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 12.255.403/0001-60

ENDEREÇO: RUA DAS EMBAÚBAS, 601 - ÁREA 02 - FAZENDA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ/ SC - CEP: 88.104-561. -REPRESENTANTE: MARCUS DANIEL FRACANELA

CPF: 256.256.378-65 RG: 22887689 SSP/SP

E-MAIL: licitacao@imexmedicalgroup.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	EMPRESA	VALI UNT R\$
	<p>ARCO CIRÚRGICO TIPO C: ARCO CIRÚRGICO MÓVEL COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E NEUROLOGIA (COLUNA), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARCO COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115º OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360º OU SUPERIOR,</p> <p>DISTÂNCIA DA FONTE AO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM. INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 9 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS CAMPOS DE ENTRADA, DE ALTA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E ALTA RESOLUÇÃO 02 MONITORES MÍNIMO 19 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 1024 PIXELS, LCD/LED. CENTRAL DE TV COM ROTAÇÃO PARA CORREÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA IMAGEM. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: 80 kHz, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM POTÊNCIA DE 2,0 KW OU MAIOR. TUBO DE RAIO X COM ANODO ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,6 MM. CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR. COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSIONES DE RADIAÇÃO.</p> <p>FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 mA OU</p>					

MAIOR.
 FLUOROSCOPIA
 CONTÍNUA: 40 KV - 110
 KV; FLUOROSCOPIA
 PULSADA: 40 KV - 110
 KV. IMEX UNID 3 IMEX
 MEDICAL 350.1

FLUOROSCOPIA
 PULSADA COM
 ARMAZENAMENTO DA
 ÚLTIMA IMAGEM.

MODO RADIOGRAFIA
 COM, NO MÍNIMO, 40 A
 110 KV E CORRENTE
 MÁXIMA DE 13 mA OU
 MAIOR. MEMÓRIA COM
 RECURSO DE
 RETENÇÃO DA ÚLTIMA
 IMAGEM ADQUIRIDA,
 MEMORIA DIGITAL DE
 IMAGEM: ARQUIVO DE
 NO MÍNIMO 15000
 IMAGENS. FILTRO DE
 REDUÇÃO DE
 RUÍDO. ROTAÇÃO DE
 IMAGENS SEM A
 NECESSIDADE DE SE
 EMITIR RADIAÇÃO
 DURANTE A ROTAÇÃO.
 SAÍDA USB
 INTEGRADOS E AO
 SISTEMA E INTERFACE
 DICOM 3.0 COM NO
 MÍNIMO AS
 MODALIDADES
 STORAGE E
 WORKLIST. SISTEMA
 DE CÂMERA DO TIPO
 CCD (MATRIZ DE
 PIXELS DE PELO
 MENOS 1K X
 1K). FUNÇÕES DE
 PROCESSAMENTO EM
 TEMPO REAL:
 POSSIBILITAR
 SUBTRAÇÃO DIGITAL
 DE IMAGENS EM
 TEMPO REAL.
 POSSUIR
 PROCESSAMENTO
 DIGITAL DA IMAGEM
 PARA ESTUDOS
 VASCULARES (ZOOM E
 ROAD
 MAPPING), POSSUIR
 VÍDEO PRINTER PARA
 REGISTRO DE
 IMAGENS EM PAPEL
 TÉRMICO.

FORNECER TODOS OS
 CABOS, CONEXÕES,
 LICENÇAS,
 SOFTWARES DE
 EXTENSÃO CLÍNICA,
 ACESSÓRIOS, COM
 TODOS OS SEUS
 REQUISITOS E
 PACOTES
 INDISPENSÁVEIS AO
 FUNCIONAMENTO DO
 EQUIPAMENTO.
 JUNTAMENTE COM
 TODAS AS SENHAS
 (NÃO EXPIRÁVEIS)
 PARA QUE A
 INSTITUIÇÃO TENHA
 ACESSO TOTAL,
 INCLUSIVE AS DE
 MANUTENÇÃO,
 AJUSTE E
 CALIBRAÇÃO.

ALIMENTAÇÃO
 ELÉTRICA BIVOLT -
 60HZ.

ARCO CIRÚRGICO
 TIPO C: ARCO
 CIRÚRGICO MÓVEL
 COM INTENSIFICADOR
 DE IMAGENS PARA
 APLICAÇÕES EM
 PROCEDIMENTOS
 ORTOPEDIA, CIRURGIA
 GERAL,
 GASTROINTESTINAIS.
 UROLOGIA,
 GERENCIAMENTO DE
 DOR, MARCAPASSO,
 COLUNA, VASCULAR
 PERIFÉRICO,
 EMBOLIZAÇÃO,
 CIRURGIA
 ENDOVASCULAR,
 CIRURGIA
 NEUROVASCULAR,
 COM FLUOROSCOPIA

PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONTADO EM BASE MÓVEL, COM MOVIMENTOS MULTIDIRECIONAIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARCO COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115° OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360° OU SUPERIOR,

DISTÂNCIA DA FONTE AO INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 70 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 75CM. INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 9 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS CAMPOS DE ENTRADA, DE ALTA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E ALTA RESOLUÇÃO 02 MONITORES MÍNIMO 19 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 1024 PIXELS, LCD/LED, ACOMPANHAR CARRINHO SEPARADO E INDEPENDENTE DO ARCO: CENTRAL DE TV COM ROTAÇÃO PARA CORREÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA IMAGEM.

EXIBIÇÃO DE IMAGEM AO VIVO NO PAINEL DE OPERAÇÃO. APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS IMAGENS GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: 80 KHZ, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM POTÊNCIA DE 4,5 KW OU MAIOR. TUBO DE RAIOS X COM ANODO ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,6 MM. CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR. COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO.

FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 mA OU MAIOR. FLUOROSCOPIA CONTÍNUA: 40 KV - 110 KV; FLUOROSCOPIA PULSADA: 40 KV - 110 KV;

MODO DE RADIOGRAFIA DIGITAL KV ALCANÇA: 40 - 120 KV mA E CORRENTE MÁXIMA DE 13 mA OU MAIOR. MEMÓRIA COM RECURSO DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, MEMÓRIA DIGITAL DE IMAGEM: ARQUIVO DE NO MÍNIMO 15000 IMAGENS. FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE IMAGENS CONTRA ELIMINAÇÃO E

IMEX UNID 16 IMEX MEDICAL 350.1

GRAVAÇÃO. FILTRO DE REDUÇÃO DE RUIDO. ROTAÇÃO DE IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO. SAÍDA USB INTEGRADOS E AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES STORAGE E WORKLIST. UNIDADE CD / R PARA LEITURA DE IMAGENS NO FORMATO DICOM-3. GRAVADOR CD/DVD. NOBREAK. TECLADO ALFANUMÉRICO PARA IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO DE TEXTOS SOBRE AS IMAGENS DO PACIENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE SUPERIOR, SISTEMA DE CÂMERA DO TIPO CCD (MATRIZ DE PIXELS DE PELO MENOS 1K X 1K).

RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. FUNÇÕES DE PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL: POSSIBILITAR SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS EM TEMPO REAL. PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM PARA ESTUDOS VASCULARES (ZOOM E ROAD MAPPING). VÍDEO PRINTER PARA REGISTRO DE IMAGENS EM PAPEL TÉRMICO. CONEXÃO ETHERNET. PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE PARA O TUBO DE RAIOS-X E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA O TUBO DE RAIOS-X. DEFLETORES DE CABOS EM TODAS AS RODAS E CONTROLE MOTORIZADO DE ALTURA DO ARCO. POSSUIR PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE PARA O TUBO DE RAIOS-X E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA O TUBO DE RAIOS-X. SISTEMA DE BLOQUEIO DO DISPARO PARA VALORES PROGRAMADOS QUE EXCEDEM A POTÊNCIA DO TUBO. INDICADORES VISUAIS DE TEMPO DE FLUOROSCOPIA E DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO. IMPRESSORA PARA REGISTRO DE IMAGENS EM PAPEL TÉRMICO; PEDAL; CAPAS DE PROTEÇÃO DO TUBO DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS ESTERILIZÁVEIS COM PRESILHAS DE FIXAÇÃO. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DAS FLUTUAÇÕES DA REDE ELÉTRICA (GERADOR DE RAIOS-X). FORNECER TODOS OS CABOS, CONEXÕES, LICENÇAS, SOFTWARES DE EXTENSÃO CLÍNICA, ACESSÓRIOS, COM TODOS OS SEUS REQUISITOS E PACOTES INDISPENSÁVEIS AO

FUNIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. JUNTAMENTE COM TODAS AS SENHAS (NÃO EXPIRÁVEIS) PARA QUE A INSTITUIÇÃO TENHA ACESSO TOTAL, INCLUSIVE AS DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E CALIBRAÇÃO. BOTÃO DE EMERGÊNCIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - 60HZ.

TOTAL GERAL:

6.650.000,00

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2022.

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2022/SES

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b5b83ece

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar