

AVISO DE COTAÇÃO nº 069/2023

MVP: 00.106.841/2023-1

A Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá, localizada a Rua General Aníbal da Mata, 135 - Duque de Caxias I - CEP: 78043-268, Cuiabá/MT, através da Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos, informa aos interessados que dispõe de formulário de Cotação para o objeto: "AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA", em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Formulário de Cotação e no Termo de Referência.

ITEM	COD. TCE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	428176-4	<p>ULTRA-SONOGRAFO - SISTEMA DE ULTRASSONOGRRAFIA TOTALMENTE DIGITAL, TRANSPORTAVEL, DE TAMANHO COMPACTO, MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA TRANSPORTE, COM FREIOS. PARA USO EM EXAMES E PROCEDIMENTOS GUIADOS POR IMAGEM DE ULTRASSOM, ABDOMINAL, VASCULAR PEQUENAS PARTES, MUSCULO-ESQUELETICO, ANESTESIA LOCAL GUIADA POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRRAFIA. TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS ELETRONICOS DE BANDA LARGA PODENDO VARIA +/- 1 MHZ. AQUISICAO DE IMAGENS NO MINIMO NOS MODOS B, M, POWER DOPPLER E DOPPLER COLORIDO, VISUALIZACAO DE IMAGEM (M) MODO (B) E DOPPLER COLORIDO, SIMULTANEAS E EM TEMPO REAL. PROFUNDIDADE AJUSTAVEL DE 10 MM A 300 MM, SOFTWARE PARA VISUALIZACAO DE AGULHAS, SOFTWARE INTEGRADO PARA COMPOSICAO ESPACIAL DE FEIXES SOFTWARE INTEGRADO DE REDUCAO DE RUIDOS TIPO SPECKLE AREA DE SELECAO DO MODO COLOR (COLOR BOX) PODE SER MOVIMENTADA POSSIBILIDADE DE FAZER MEDIDAS DE AREA, PROFUNDIDADE E DISTANCIA E BIBLIOTECA DE ANOTACOES ESPECIFICA PARA PRESET ESCOLHIDO. TECNICA DE OTIMIZACAO AUTOMATICA DE PARAMETROS PARA IMAGENS EM MODO - B, COM APENAS UM TOQUE, MONITOR DE LCD COLORIDO DE NO MINIMO 12 POLEGADAS TELA PLANA DE ALTA RESOLUCAO AJUSTAVEL EM ANGULACAO. MEMORIA CINE DE NO MINIMO 192 MB. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM MEMORIA REMOVIVEL SD OU PEN DRIVE CAPACIDADE DE GRAVACAO DE IMAGENS ESTATICAS OU DINAMICAS (CINELOOPS) EM FORMATOS AVI E JPEG, COM NO MINIMO 03(TRES) PORTAS USB COM NO MINIMO UMA PORTA ATIVA PARA TRANSDUTOR, CONTROLE DAS FUNCOES DO EQUIPAMENTO ATRAVES DE TECLAS EMBUTIDAS NA TELA DE IMAGEM(TOUCH SCREEN OU SENSOR DE COMANDO VIA CANETA MAGNETICA) PARA EVITAR CONTAMINACAO, SUPERFICIE DO EQUIPAMENTO COM POSSIBILIDADE DE RECEBER ESTERELIZACAO ATRAVES DE COMPONENTES QUIMICOS QUE ELIMINEM RISCOS DE ACUMULO DE BACTERIAS, TORNANDO O EQUIPAMENTO MAIS SEGURO PARA USO EM AMBIENTES ESTEREIS.,ALIMENTACAO ELETRICA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, NTSC.,ACOMPANHA: TRANSDUTOR CONVEXO COM FREQUENCIA DE 2 A 5 MHZ E NO MINIMO 120 ELEMENTOS E ACOMPANHANDO DE 02(DOIS) GUIAS DE BIOPSIA. TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUENCIAS DE 4 A 13 MHZ E NO MINIMO 180 ELEMENTOS E ACOMPANHADO DO GUIA DE BIOPSIA. GRAVADOR DE DVD VIDEO-PRINTER PRETO E BRANCO BATERIA RECARREGAVEL SUPORTE PARA TRANSDUTOR PRATELEIRA PARA IMPRESSORA OU DVD, INCLUI: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL, MANUAIS DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES.G ARANTIA MINIMA DE 02 ANO PARA PECAS E SERVICOS. INSTALACAO E TREINAMENTO QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO.</p>	UN.	01

Os interessados deverão manifestar seu interesse pelo e-mail: [gabintervencao.cotacao@cuiaba.mt.gov.br](mailto:gabintervencao.cotacao@cuiaba.mt.gov.br), em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste aviso.

Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2023

Fernanda de Arruda Pinheiro Barbosa

Coordenadora Técnica de Licitações e Contratos

Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá/GISC

De acordo:

Augusto S.S Cordeiro

Co-Interventor da Secretaria Adjunta de Gestão/SMS

Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá/GISC

1.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e1670a42

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)