

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

EXTRATO FINAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2022/SES/MT

PROCESSO: Nº 362579/2021

PREGÃO: Nº 009/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: “Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de bens permanentes, EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E CME- LISTA 1, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades dos hospitais sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso”

EMPRESA: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 05.743.288/0001-08

ENDEREÇO: RUA 104, Nº 74 SETOR SUL NA CIADE DE GOIÂNIA- GO CEP: 74.083-300

REPRESENTANTE: WEVERTON LUIZ COELHO

CPF: 633.403.561-49 RG: 3109409 SSP/GO

E-MAIL: licitacao@hospcom.net

EMPRESA: R.C. - MÓVEIS LTDA

CNPJ: 02.377.937/0001-06

ENDEREÇO: AV. MOISÉS FORTI, 1.230, DISTRITO INDUSTRIAL HONORINA DE ALMEIDA PACHECO, CAPIVARI-SP-CEP: 13.368-100

REPRESENTANTE: CLÉLIA MACHADO PINTO CORRÊA

CPF: 178.794.178-77 RG: 18.074.010-6

E-MAIL: licitacoes@rcmoveis.com.br

EMPRESA: FLORESTAMED COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 30.921.204/0001-26

ENDEREÇO: R. IPIRANGA, 55- FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG-CEP: 31.015-180

REPRESENTANTE: ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA

CPF: 201.352.976-72 RG: MG-861.172 - SSP/MG

E-MAIL: licitacao2@gmail.com

EMPRESA: BAUMER S.A.

CNPJ: 61.374.161/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO TAVARES LEITE, 181, DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ MARANGONI, MOGI MIRIM, SP, CEP 13803-330.

REPRESENTANTE: JOSÉ HENRIQUE MARQUES CAMARGO

CPF: 120.616.768-80 RG: 20.286.683-SSP/SP

E-MAIL: fernando.tucci@baumer.com.br

EMPRESA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 71.256.283/0001-85

ENDEREÇO: Rua Star, 420 - Jardim Canadá - Nova Lima/MG - CEP 34007-666

REPRESENTANTE: NAYARA MARTINS SANTOS DE ALMEIDA FELIPE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	EMPRESA	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02	<p>APARELHO DE ANESTESIA - EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV).</p>	MINDRAY	UND	29	HOSPCOM EQUI	80.749,00	2.341.721,00

CONTROLES VENTILATORIOS MÍNIMOS:
VOLUME CORRENTE; PRESSÃO;
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO
I:E; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP.
ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE
VIAS AÉREAS; APNÉIA; VOLUME MINUTO
ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO₂;
FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA.
MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO
DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA
PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS;
MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE,
VOLUME MINUTO E FRAÇÃO
INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA
INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO
MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO
MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES,
SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01
TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01
BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL
ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO
MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR
CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 04
SENSORES DE FLUXO; 03 MANGUEIRAS
DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA
PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO
NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO
E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.

APARELHO DE ANESTESIA COM
MONITOR MULTIPARÂMETROS -
EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO
PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS,
PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS
MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL
NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA
SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E
MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS
GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM
TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTO TESTE
AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM
DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE
FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR
DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA
PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM
POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE
FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA
CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM
SISTEMA DE SEGURANÇA PARA
PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E
FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO
COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM
ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE
PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O₂) E
ÓXIDO NITROSO (N₂O), PODENDO SER
UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU
COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM
ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O₂), AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N₂O).
SISTEMA DE SEGURANÇA PARA
INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O
FLUXO DE N₂O, NA AUSÊNCIA DE O₂;
VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE
ENGATE RÁPIDO, PERMITIR
ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES
E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O
AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO

03	<p>SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE GAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE; PRESSÃO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO I:E; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS; APNÉIA; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 04 SENSORES DE FLUXO; 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS A ADULTOS. PRÉ-CONFIGURADO COM NO MÍNIMO MONITORIZAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SATURAÇÃO DE O2, PRESSÃO NÃO-INVASIVA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA E PRESSÃO INVASIVA. MONITOR COM DISPLAY COLORIDO EM LCD DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS. DEVERÁ MONITORAR CO2, NO2 E GASES ANESTÉSICOS DIRETAMENTE NO MONITOR OU EM MÓDULO A PARTE. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS E DEMAIS</p>	MINDRAY	UND 27	HOSPCOM EQUI	125.399,00 3.385.773,00
----	---	---------	--------	--------------	-------------------------

ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM
AUTONOMIA DE PELO MENOS 30
MINUTOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A
SER DEFINIDA PELA ENTIDADE
SOLICITANTE

07 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO
MÓVEL: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA
DE
SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUORTE C/RODÍZIOS:DE 15 A 30
LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU
VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO
POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG ASPIRATEX UND 37 FLORESTAMED 4.980,00 184.260,00

09 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTE
(75 A 150L): EQUIPAMENTO HORIZONTAL,
COM SISTEMA DE COMANDO
MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA
CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 100 L.
DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE
VAPOR SATURADO E APRESENTAR
ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO. COMANDO
MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL
COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM
TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E
MANOVACUÔMETRO PARA
ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS
CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E
INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO
INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE
POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE
VALIDAÇÃO, PERMITINDO A
INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA
COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA
DO PROCESSO. DEVE POSSUIR 2
PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E
SISTEMA DE EMERGÊNCIA.
FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO
POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL /
GUILHOTINA COM SISTEMA DE
SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO.
SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E
CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO
DEVEM SER DE MATERIAL
ANTICORROSIVO E RESISTENTE.
CONEXÕES DA CÂMARA DE
ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR
DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU
OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL.
POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA
CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM
CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O
GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE
SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR
O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA,
DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE
SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES
AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ
EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA
PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO.
DEVERÁ ACOMPANHAR O
EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS
EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS
MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA
ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 MIRAX UND 09 FLORESTAMED 127.900,00 1.151.100,00

SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA
POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A
CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1
IMPRESSORA

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL
ACIMA DE 350L: EQUIPAMENTO
HORIZONTAL, COM SISTEMA DE
COMANDO MICROPROCESSADO,
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE
NO MÍNIMO 350 L. DEVERÁ FUNCIONAR
POR MEIO DE VAPOR SATURADO E
APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO. COMANDO
MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL
COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM
TELA TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E
MANOVACUÔMETRO PARA
ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO NAS
CÂMARAS. CÂMARAS EXTERNA E
INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO
INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO
TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE
POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE
VALIDAÇÃO, PERMITINDO A

INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA
COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA
DO PROCESSO. DEVE POSSUIR DUAS
PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E
SISTEMA DE EMERGÊNCIA.
FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO
POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL /
GUILHOTINA COM SISTEMA DE
SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO.
SISTEMA HIDRÁULICO COM
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO
CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE
MATERIAL ANTICORROSIVO E
RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE
ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR
DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU
OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL.
POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA
CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM
CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O
GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE
SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR
O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA,
DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE
SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES
AUDIOVISUAIS. DEVE CONTER CAIXA DE
COMANDO PARA PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA. O RUÍDO NÃO PODERÁ
EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA
PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO.
DEVERÁ ACOMPANHAR O
EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS
EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS
MATERIAIS, 1 CARRO INTERNO PARA
ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1
SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA
POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A
CAPACIDADE DA AUTOCLAVE), 1
IMPRESSORA.

BAUMER
S/A

UND 11

BAUMER S.A

206.400,00 2.270.400,00

10

AUTOCLAVE POR PEROXIDO DE
HIDROGENIO, ESTERILIZADOR A BAIXA
TEMPERATURA, PARA PROCESSAMENTO
DE MATERIAIS SENSÍVEIS AO CALOR E
UMIDADE, UTILIZANDO VAPOR DE

11	<p>PEROXIDO DE HIDROGENIO E PLASMA INSUMO EM FRASCOS PLÁSTICOS COM 150 ML DE H2O2 NA CONCENTRAÇÃO DE 50%. CADA FRASCO PODE PRODUZIR DE 7 A 15 CICLOS, DEPENDENDO DO PERFIL SELECIONADO. CICLOS REALIZADOS EM TEMPERATURAS DE 500 C E EM NÍVEL DE VÁCUO PROFUNDO, CAPACIDADE ACIMA DE 230 L, COM PORTA DUPLA.</p>	BAUMER S/A	UND 04	BAUMER S.A	283.730,00	1.134.920,00
18	<p>DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS: DESFIBRILAÇÃO NA FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE CARGA, PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNÇÕES: ELETROCARDIOGRAMA, DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA E MANUAL, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, MARCAPASSO NÃO INVASIVO E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS NA FUNÇÃO MONITOR E MÍNIMO DE 80 DESFIBRILAÇÕES EM CARGA MÁXIMA (DESCONECTADO DA REDE DE ENERGIA), BIVOLT 110/220V, TELA COLORIDA EM LCD DE 6", COM VISUALIZAÇÃO DE DUAS ONDAS OU MAIS, COM REGISTRADOR INTEGRADO PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MANUAIS OU AUTOMÁTICOS, POR EVENTO, POR CHOQUE OU ELETROCARDIOGRAMA, MEMÓRIA MÍNIMA DAS ÚLTIMAS 2 HORAS DE MONITORIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE EVENTOS (MÍNIMO DE 2MB), ENTREGA DA CARGA PARA CHOQUE MENOS DE 6 SEGUNDOS, COM AUTO DIAGNÓSTICO, IMPRESSORA INTEGRADA, ACESSÓRIOS MÍNIMOS: UM PAR DE PÁS PERMANENTES MULTIFUNÇÃO, ADULTO E PEDIÁTRICO COM COMANDOS DE CARGA E CHOQUE, UM CABO DE ELETROCARDIOGRAMA, UM ROLO/BLOCO DE PAPEL PARA IMPRESSORA INTEGRADA, UM PAR DE PÁS ORIGINAIS(ELETRODOS) PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, UM PAR DE CABOS PARA DESFIBRILAÇÃO, UM PAR DE ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNO, UM CABO DE ATERRAMENTO, UM CABO DE FORÇA, UM MANGUITO COM EXTENSÃO PARA MONITORIZAÇÃO INTEGRADA DE PRESSÃO ARTERIAL E UMA BATERIA DE LÍTIO</p>	MINDRAY	UND 16	HOSPCOM EQUI	19.999,00	319.984,00
19	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA: SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI</p>	RC MÓVEIS	UND 31	RC- MÓVEIS	3.100,00	96.100,00
	<p>CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE): SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE</p>					

IMAGENS DE RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DEVEM POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS/MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 40 CASSETES/HORA NO TAMANHO 35X43CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE ALTA RESOLUÇÃO NO MÍNIMO 17 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN); MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2GB; DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 500 GB; ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) DE PELO MENOS 2000 IMAGENS; LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES ; PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUÊNCIAL; GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC); BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB); CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO; ROTAÇÃO/INVERSÃO DE IMAGEM; ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS; MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO; PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE; SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE; SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X. 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM. 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM. 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 3,6, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS.

KONICA MINOLTA

UND 05

KONICA M EQU 147.000,00 735.000,00

CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12BITS; TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE).

23	<p>DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL COM TRANSDUTOR NA FREQUÊNCIA DE 10 MHZ COM ALTÍSSIMO NÍVEL DE SENSIBILIDADE. APLICAÇÕES: ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA, ETC. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DOS MI E MS. DIAGNÓSTICO IMEDIATO DA OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA E TROMBOSE VENOSA. CONTROLE PÓS OPERATÓRIO DOS ENXERTOS. INDICAÇÃO DO NÍVEL VIÁVEL PARA AMPUTAÇÃO. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, BOLSA EM COURO PARA GUARDAR SEU TRANSDUTOR. PESO 500G, DIMENSÕES 4, X 8,5 X 18CM, COM 2 BATERIAS DE 9 VOLTS, FREQUÊNCIA DO TRANSDUTOR 10MHZ</p>	MARTEC MED	UND 09	FLORESTAMED 1.327,00	11.943,00
25	<p>ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICOS-QUÍMICOS: ESTERILIZADOR POR PLASMA OU VAPOR DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA. EQUIPAMENTO MÓVEL, MODULAR PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TERMOSENSÍVEIS, SENSÍVEIS À UMIDADE OU COM COMPONENTES PLÁSTICOS, LENTES OU CIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS, INSTRUMENTAIS DE AÇO INOX E TITÂNIO OU DEMAIS LIGAS UTILIZADAS NA COMPOSIÇÃO. CAPACIDADE DO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 100 LITROS. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU ALUMÍNIO; PROVIDA DE PRATELEIRAS DESLIZANTES E SUPORTES INTERNOS; O CONJUNTO DA CÂMARA DEVE SER MONTADO EM UMA ESTRUTURA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA OU SEMELHANTE, A PARTE FRONTAL, COBERTURA E LATERAIS DEVEM SER CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL OU PINTURA/MATERIAL ANTI-CORROSIVO. DEVE POSSUIR 1 PORTA OU 2 PORTAS. EQUIPAMENTO QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES/MELHORIAS E CONEXÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. COMANDO ELETRÔNICO DE CONTROLE REALIZADO ATRAVÉS DE CLP - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL OU PLACA DEDICADA COM INTERFACE CONSTITUÍDA DE TELA OU VISOR LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TIPO TOUCH-SCREEN OU SOFT-TOUCH, QUE PERMITA CONTROLE DE PARÂMETROS; TRAVA DE</p>	BAUMER S/A	UND 09	BAUMER S.A. 266.486,00	2.398.374,00

SEGURANÇA QUE PREVINE E IMPEDE A ABERTURA DA PORTA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO E SINALIZAÇÃO DE FALHAS; O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO CONTROLADO DEVE SER ENTRE 20 A 80 MINUTOS; AGENTE ESTERILIZANTE: SOLUÇÃO AQUOSA QUE CONTÉM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR IMPRESSORA QUE PERMITA O REGISTRO DE, NO MÍNIMO: CARGA, FASE, TEMPO, PRESSÃO, SENDO A IMPRESSÃO AUTOMÁTICA AO FINAL DO CICLO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CESTOS OU BANDEJAS EM DIMENSÕES E CONFECCIONADAS EM MATERIAIS COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO, AGENTE ESTERILIZANTE - SOLUÇÃO AQUOSA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA NO MÍNIMO 20 CICLOS, FITA INDICADORA. EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR NO BREAK OU ESTABILIZADOR COMPATÍVEL COM O CONSUMO DE ENERGIA DO APARELHO, CASO NECESSÁRIO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

TOTAL GERAL:
14.029.575,00

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 01 de junho de 2022.

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA

Secretária de Estado de Saúde

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2022/SES

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 43a71b97

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar